

分析报告单



品名: 硝酸钡
批号: 20161112
级别: 分析纯
检验依据: GB/T 653-2011
分子式: Ba(NO₃)₂
分子量: 261.34
检验日期: 2016-11-12

检 验 项 目	分析纯	化学纯	检验结果
含量[Ba(NO ₃) ₂]	≥99.5%	≥99.0%	99.5%
pH值(50g/L溶液, 25℃)	5.0~7.0	5.0~7.0	合格
澄清度试验, 号	≤3	≤5	<3
水不溶物	≤0.005%	≤0.02%	<0.005%
氯化物(Cl)	≤0.0005%	≤0.001%	<0.0005%
钠(Na)	≤0.005%	≤0.01%	<0.005%
钾(K)	≤0.005%	≤0.01%	<0.005%
钙(Ca)	≤0.02%	≤0.04%	<0.02%
锶(Sr)	≤0.03%	≤0.06%	<0.03%
铁(Fe)	≤0.0002%	≤0.001%	<0.0002%
重金属(以Pb计)	≤0.0005%	≤0.001%	<0.0005%

结论: 符合分析纯规定。

备注:

签发人: 张志斌

复核人: 周一朗

检验人: 黄新梅